

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

**ДО  
РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ—ГАБРОВО**

**Проф. д-н инж. Райчо Иларионов**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет:

Доставка на полуавтоматичен твърдомер за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатроники, еко и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, открита с Решение № 27/09.05.2019 г. на Ректора на Технически университет – Габрово.

### **ДОКЛАД**

**от комисия, назначена със задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените  
оферти за избор на изпълнител**

**УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ИЛАРИОНОВ,**

В изпълнение на Ваша Заповед № 3-01-297/17.06.2019 г., комисия в състав:

**Председател:** проф. д-н инж. Йордан Максимов – *ръководител катедра „Техническа механика“, ТУ-Габрово*

**Членове :**

1. проф. д-р инж. Ирина Александрова – *катедра „Машиностроителна техника и технологии“, ТУ-Габрово*
2. доц. д-р инж. Ангел Анчев – *катедра „Техническа механика“, ТУ-Габрово*
3. Даниела Радева – *зам. главен счетоводител, ТУ-Габрово*
4. Миряна Христова – *юрисконсулт - обществени поръчки, ТУ-Габрово*

**Резервни членове:**

1. Мирослава Гугушева – *финансов мениджър, ТУ-Габрово*
2. доц. д-р инж. Илия Железаров - *заместник-ректор „Научноизследователска работа“, ТУ-Габрово*

проведе своите работни заседания в периода от 17.06.2019 г. – до 10.07.2019г. в сградата на Технически университет – Габрово, Ректорат.

**Публичното заседание** на комисията се проведе на 17.06.2019 г. от 11.00 ч. в заседателна зала 2 ет. в сградата на Технически университет – Габрово, Ректорат. Редовният състав на комисията, съгласно Ваша Заповед № 3-01-297/17.06.2019 г, подписа декларации за липса на обстоятелства, посочени в чл.103, ал.2 от ЗОП.

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

*Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Заседанието беше открито от проф. д-н инж. Йордан Максимов – председател на комисията.

На публичната част на заседанието на комисията на основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП не присъстваха лица.

Председателят запозна присъстващите със Заповед № 3-01-297/17.06.2019 г. на Ректора на Технически университет – Габрово и със съдържанието на Списък на постъпилите предложения.

На основание получения на 17.06.2019 г. Списък на предложенията, постъпили в Технически университет - Габрово до 17.00 часа на 14.06.2019 г., по процедурата са подадени **2 /две/ оферти** за участие, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	<b>МАРВЕЛ ООД</b>	К-01-276/13.06.2019 г.; 14,55 ч.
2.	<b>ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД</b>	К-01-278/14.06.2019 г.; 11,18 ч.

Председателят на комисията запозна присъстващите с реда, по който съгласно чл. 104, ал. 2-3 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП комисията ще проведе заседанието. Обяви, че ще отвори запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание. След това трима от членовете на комисията ще подпишат Техническите и Ценовите предложения.

### **1. Отваряне на офертите**

Комисията пристъпи към отваряне на офертите и проверка на съдържанието им.

**1.1. Оферта на МАРВЕЛ ООД.** Председателят отвори плик „Предлагани ценови параметри” и оповести предлаганата цена:


**в размер на 58 400 лв. /петдесет и осем хиляди и четиристотин лева/ без ДДС или 70 080 лв. /седемдесет хиляди и осемдесет лева/ с ДДС.**

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката: доставка на апаратурата на адрес на възложителя, инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата, обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя и др.

Трима членове на комисията подписаха Техническото и Ценовото предложение.

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

*Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛЕН ФОНД ЗА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

**1.2. Оферта на ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД.** Председателят отвори плик „Предлагани ценови параметри” и оповести предлаганата цена:

**в размер на 48 950 лв. /четиридесет и осем хиляди и деветстотин и петдесет лева/ без ДДС или 58 740 лв. лв. /петдесет и осем хиляди седемстотин и четиридесет лева/ с ДДС.**

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката: доставка на апаратурата на адрес на възложителя, инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата, обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя и др.

Трима членове на комисията подписаха Техническото и Ценовото предложение.

С това публичното заседание на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на ценовите и техническите оферти.

#### **Оферта на МАРВЕЛ ООД**

Участникът е представил попълнено и подписано Приложение №3 Ценова оферта, съгласно изискванията на възложителя.

#### **Оферта на ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД**

Участникът е представил попълнено и подписано Приложение №3 Ценова оферта, съгласно изискванията на възложителя.

2.1. Преглед на техническа оферта на **МАРВЕЛ ООД**, в резултат на което констатира:

1. техническо предложение, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката - **Приложение № 2;**


**Участникът предлага срок за изпълнение на доставката 90 /деветдесет/ календарни дни, от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.**

**Участникът предлага гаранционен срок на доставената апаратура - 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.**

Участникът представя към Предложението си за изпълнение пълномощно от производителя на апаратурата за правото му на сервизно обслужване на апаратурата на територията на Република България, както и декларация за качество, сертификат за качество, становище за качество, сертификат за акредитация на Служба за акредитация на

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
И НАУКАТА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Обединеното Кралство, график за акредитация от Служба за акредитация на Обединеното Кралство, брошура/продуктова информация за предлагания твърдомер ZHVμ - S.

**След подробен преглед на представените документи, комисията констатира, че участникът отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

2.2. Преглед на техническа оферта на **ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД**, в резултат на което констатира:

1. техническо предложение, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката - **Приложение № 2;**

**Участникът предлага срок за изпълнение на доставката 60 /шестдесет/ календарни дни, от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.**

**Участникът предлага гаранционен срок на доставената апаратура - 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.**

Участникът представя към Предложението си за изпълнение оторизационни писма/удостоверение за представителство/ - 2 бр. от производителя на апаратурата за правото му на сервизно обслужване на апаратурата на територията на Република България, както и брошура/продуктова информация за предлагания твърдомер INNOVATEST NOVA 240 с пакет IMP – 4.

**След подробен преглед на представените документи, комисията установи несъответствие в посочените в офертата на участника данни, а именно: между предложените технически параметри за предлагания твърдомер INNOVATEST NOVA 240 с пакет IMP- 4 и характеристиките на същата апаратура, видни от приложената за нея брошура.**

Диспозитивната разпоредба на чл.104, ал.5 от ЗОП дава правомощия на помощния орган на възложителя при съмнение или неяснота в конкретното предложение на участник да изиска от него разяснение или доказателство, как е формирано то. За да установи действителната воля на участника, на основание чл. 104, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията взе решение да изиска от **ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД** /писмо Изх. № К- 02 - 969/27.06.2019г./ да представи в срок от пет работни дни от получаване на уведомлението разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в оферта му, а именно:

- да представи разяснения или допълнителни доказателства относно реалния размер на площта за изпитване на предложената марка и модел апаратура, с оглед на следните данни:

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

*В Предложението за изпълнение - Приложение №2 от офертата е посочено: площ за изпитване 120x120 mm.*

*В приложената брошура с характеристики на апаратурата е записано: Workpiece accommodation – Vertical capacity 90 mm /maximum workpiece height\; Horisontal capacity 120 mm /from center – line/.*

- да представи разяснения или допълнителни доказателства дали измервателните блокове и проникващите тела отговарят на стандарт BS EN ISO 6507 2:2018 и ASTM E384-17, с оглед на следните данни:

*В Предложението за изпълнение - Приложение №2 от офертата е посочено: Акредитирано калибриране на инструмента, измервателните блокове и проникващите тела, съгл. BS EN ISO 6507-2:2018 и ASTM E384-17.*

*В приложената брошура с характеристики на апаратурата е записано: Certified indenters /ASTM, DIN, ISO/; Certified reference hardness blocks /ASTM, DIN, ISO/.*

**С писмо Вх.№ К- 01 - 321/02.07.2019г. участник ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД е представил разяснение, като посочва:**

**1. „Относно реалния размер на площта на изпитване:** В приложение №2 относно минималните изисквания на Възложителя към характеристиките на апаратурата е посочено - площ за изпитване мин. 120x120 mm / макс. 180x180 mm

В брошурата с характеристики на апаратурата е записано: Workpiece accommodation – Vertical capacity 90 mm /maximum workpiece height\; Horisontal capacity 120 mm /from center – line/, което означава, че максималната височина на изпитвания детайла е 90 мм, която характеристика не е посочена като изискване в документацията, но апаратурата я има, а дълбочината от остта на шпиндела до тялото на твърдомера - е 120 мм.

Тъй като това е единствената посока, която ограничава площта на детайла, който може да се измерва, твърдомер INNOVATEST NOVA 240 осигурява изискуемата, съгласно условията на търга минимална площ за изпитване от 120x120 mm

**2. Относно акредитираното калибриране на инструмента, измервателните блокове и проникващите тела, съгл. BS EN ISO 6507-2:2018 и ASTM E384-17:** В приложение №2 в минимални изисквания на Възложителя към характеристиките на апаратурата е посочено: - UKAS или еквивалентно акредитирано калибриране на инструмента, измервателните блокове и проникващите тела, съгл. BS EN ISO 6507-2:2018 и ASTM E384-17 или еквивалент.

Ние потвърждаваме, че в доставката е включена и калибрация от акредитирана лаборатория по ISO 17025 за калибриране на инструмента съгл. BS EN ISO 6507-2:2018, а измервателните блокове и проникващи тела се доставят с калибрационен сертификат, отговарящ по двата стандарта BS EN ISO 6507-2:2018 и ASTM E384-17“.

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове



С оглед на изложеното, комисията констатира, че представената от участник **ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД** оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, доколкото съгласно одобрената Документация за участие допустимата площ за изпитване на предлаганата от участниците апаратура следва да е в границите определени от възложителя - мин. *120x120 mm* / макс. *180x180 mm*. Одобрената и влязла в сила документация по процедурата е задължителна както за участниците, така и за възложителя и назначената от него комисия за разглеждане и оценка на офертите. Помощният орган на възложителя следва да прилага стриктно изискванията, заложиени по обществената поръчка. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. В конкретния случай предлаганият от участник **ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД** твърдомер INNOVATEST NOVA 240 с пакет IMP- 4 не отговаря на изискванията на възложителя относно площ на изпитване, като площта на предлаганата апаратура надвишава определената максимална граница от *180x180 mm*. В брошурата с характеристики на апаратурата е записано: Workpiece accommodation – Vertical capacity 90 mm /maximum workpiece height\; Horizontal capacity 120 mm /from center – line/, което, както посочва в предоставеното разяснение участникът, означава, че максималната височина на изпитвания детайла е 90 мм, която характеристика не е посочена като изискване в документацията, а дълбочината от остта на шпиндела до тялото на твърдомера - е 120 мм, което определя площ за изпитване в двете срещуположни посоки от остта на шпиндела /диаметър/ в размер на 240 мм – при зададен максимум 180 мм. Очевидно е, че офертата на **ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД** не отговаря на посоченото по-горе изискване на възложителя.

Въпросният порок на представената оферта представлява самостоятелно правно основание за отстраняване на участника, доколкото води до неспазване на предварително обявените условия по процедурата.

**Комисията предлага на възложителя да отстрани от участие в обществената поръчка участник ЕВРОМАРКЕТ – БРД ЕООД на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП, доколкото представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия по процедурата – относно Техническа оферта.**

Съгласно разпоредбата на чл.101, ал.5 от ЗОП - при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците са длъжни да приложат всички искани от възложителя документи, като същите следва да са изготвени съобразно изискванията на документацията за участие и да не налагат тълкуване на посоченото в тях или нанасяне на корекции от страна на комисията. Същественото в случая е, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което води като правна последица до отстраняване от участие по процедурата, тъй като приложимият ЗОП не урежда допускане, съответно възможност за промяна на техническа оферта.



Участниците изготвят сами офертите си за участие по обществени поръчки, поради което носят и отговорността за допуснати пропуски и грешки при формиране на своите предложения. При допуснати грешки и несъответствия с предварително обявените условия възложителят не носи отговорност за последствията от това, комисията не следва да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. Констатираният порок не може да бъде saniран от комисията, както и от участника, доколкото на основание чл.104, ал.5 от ЗОП – промяна на техническото предложение е недопустима.

Участник, допуснат до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор.

№	Участник
1.	МАРВЕЛ ООД

**Критерий за оценка:** „икономически най-изгодна оферта - най ниска цена“.

1. В съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 4 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на допуснатия участник:

### Участник МАРВЕЛ ООД

#### **Констатации за наличност и редовност:**

А/ Участникът е представил Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от управителя на дружеството, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел V, т. 11.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката.

Б/ Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – 2 бр. на електронен носител, подписани от Любомир Маринов и Стефка Маринова - управители, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел V, т. 11.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката.

**Комисията установи, че участникът покрива минималното изискване на възложителя относно критерия за подбор, обективиран в Раздел III, т.1.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката, а именно:** „Участниците трябва да са изпълнили доставка с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

**Под доставки с предмет „сходен“ с този на поръчката следва да се разбира: доставка на лабораторна измервателна апаратура.“**

**Предвид гореизложеното, участник МАРВЕЛ ООД не следва да представя допълнителни документи и информация.**

**Съгласно обявения критерий „икономически най изгодна оферта - най ниска цена“ и на основание чл.61, т.7 от ПЗЗОП, комисията класира:**

➤ **На първо място - МАРВЕЛ ООД**

Въз основа на горните констатации комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с **МАРВЕЛ ООД**.

За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав, както следва:

**Председател:** проф. д-р инж. Йордан Максимов –

**Членове :**

проф. д-р инж. Ирина Александрова

доц. д-р инж. Ангел Димитров

Даниела Радева –

Миряна Христова –

**Приложение:** Протокол

Настоящият доклад е изготвен на 10.07.2019г.

**Утвърждавам,  
РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ  
Проф. д-р инж. Райчо Иларинов**