



РЕШЕНИЕ

№.....18...../.....18.02.2020.....г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка – открита процедура по Закон за обществени поръчки, с предмет: **Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по осем обособени позиции**
Обособена позиция №1: „Доставка на Сигнал Генератор, 1.5GHz“
Обособена позиция №2: „Доставка на Функционален Генератор 60MHz“
Обособена позиция №3: „Доставка на Функционален Генератор 100MHz“
Обособена позиция №4: „Доставка на LCR Метър“
Обособена позиция №5: „Доставка на Милиометър“
Обособена позиция №6: „Доставка на DC Електронни товари“
Обособена позиция №7: „Доставка на DC Захранващ блок“
Обособена позиция №8: „Доставка на AC захранващ блок“, открита с Решение № 71/09.10.2019 г. на За Ректора на Технически университет – Габрово /съгл. Заповед №3-01-459/02.10.2019г. на Ректора на Технически университет – Габрово/, в частта по обособени позиции №2, №3 и №5.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП, чл. 104, ал. 2-3 от ЗОП, във връзка с чл.61 от ППЗОП, §131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП и отразени резултати в протокол и доклад на комисия, назначена със Заповед № 3-01-536/14.11.2019 г. на Ректора на Технически университет – Габрово, изменена със Заповед № 3-01-632/18.12.2019 г. на За Ректора на Технически университет – Габрово /съгл. Заповед № 3-01-630/17.12.2019 г. на Ректора на Технически университет – Габрово/, за оценка и класиране на подадените оферти в Технически университет - Габрово по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение 71/09.10.2019 г. на За Ректора на Технически университет – Габрово /съгл. Заповед №3-01-459/02.10.2019г. на Ректора на Технически университет – Габрово, с предмет: **Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по осем обособени позиции**
Обособена позиция №1: „Доставка на Сигнал Генератор, 1.5GHz“
Обособена позиция №2: „Доставка на Функционален Генератор 60MHz“
Обособена позиция №3: „Доставка на Функционален Генератор 100MHz“
Обособена позиция №4: „Доставка на LCR Метър“

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Обособена позиция №5: „Доставка на Милиометър“

Обособена позиция №6: „Доставка на DC Електронни товари“

Обособена позиция №7: „Доставка на DC Захранващ блок“

Обособена позиция №8: „Доставка на AC захранващ блок“,

В частта по обособени позиции №2, №3 и №5.

ОБЯВЯВАМ:

I. Отстранени участници от процедурата съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия:

Участник НЮ – ТЕК ЕООД - по об. поз. №2 - на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с §131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП, доколкото представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия по процедурата – относно Техническа оферта.

След подробен преглед на представените документи е констатирано, че участникът не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на позицията.

Участникът предлага:


- разделителна способност: 1 mV или 3 bits, при зададено от възложителя изискване за разделителна способност: $\leq 0,1$ Hz;

Участникът няма предложение по параметър - регулиране на коефициента на запълване: от 1% до 99% при правоъгълни импулси: 100 kHz;

Представената от участник НЮ – ТЕК ЕООД - по об. поз. №2 оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя - по отношение на Техническа оферта. Одобрената и влязла в сила документация по процедурата е задължителна както за участниците, така и за възложителя и назначената от него комисия за разглеждане и оценка на офертите. Помощният орган на възложителя следва да прилага стриктно изискванията, заложиени по обществената поръчка. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. В конкретния случай предлаганата от участник НЮ – ТЕК ЕООД - по об. поз. №2 апаратура не отговаря на изискванията на възложителя по следните технически параметри:

- разделителна способност: $\leq 0,1$ Hz;
- регулиране на коефициента на запълване: от 1% до 99% при правоъгълни импулси: 100 kHz;

Въпросните пороци на представената оферта представляват правно основание за отстраняване на участника, доколкото водят до неспазване на предварително обявените условия по процедурата.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Съгласно разпоредбата на чл.101, ал.5 от ЗОП - при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците са длъжни да приложат всички искани от възложителя документи, като същите следва да са изготвени съобразно изискванията на документацията за участие. Същественото в случая е, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което води като правна последица до отстраняване от участие по процедурата, тъй като приложимият ЗОП не урежда допускане, съответно възможност за промяна на техническа оферта.

Участниците изготвят сами офертите си за участие по обществени поръчки, поради което носят и отговорността за допуснати пропуски и грешки при формиране на своите предложения. При допуснати грешки и несъответствия с предварително обявените условия възложителят не носи отговорност за последствията от това. Констатираните пороци не могат да бъдат санирани от комисията, както и от участника, доколкото на основание чл.104, ал.5 от ЗОП – промяна на техническото предложение е недопустима.

II. Допуснати участници съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия:

№	Участник
1.	ЛОКАТОР - К ООД - по об. поз. №2 и №3
2.	НЮ – ТЕК ЕООД - по об. поз. №3 и №5

III. Участници, чиито оферти не се класират на основание чл.61, т.7 от ППЗОП:

Няма

IV. Класиране на участниците в процедурата съгласно критерий „икономически най-изгодна оферта – най-ниска цена”.

По обособена позиция №2

- На първо място - ЛОКАТОР - К ООД

По обособена позиция №3

- На първо място - ЛОКАТОР - К ООД
- На второ място - НЮ – ТЕК ЕООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

По обособена позиция №5

- **На първо място - НЮ – ТЕК ЕООД**

ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществената поръчка:

По обособена позиция №2

- **ЛОКАТОР - К ООД**

По обособена позиция №3

- **ЛОКАТОР - К ООД**

По обособена позиция №5

- **НЮ – ТЕК ЕООД**

НАРЕЖДАМ:

Да се сключи договор за изпълнение на поръчката с определения за изпълнител участник:

По обособена позиция №2

- **с ЛОКАТОР - К ООД**

По обособена позиция №3

- **с ЛОКАТОР - К ООД**

По обособена позиция №5

- **с НЮ – ТЕК ЕООД**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (Обн. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), във връзка с §131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците. Решението може да се обжалва в десетдневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколът и окончателният доклад на комисията - https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&catid=122&lang=bg&Itemid=597&id=1018:0910-2019-55

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕКТОР НА ТЕХНИЧ
проф. д-р инж. ИЛИЯ Ж

ЗАЛИЧЕНО

обстоятелство

с. 37/301