



ПРОТОКОЛ

На 17.10.2019 г. от 11:00 часа, в сградата на Технически университет - Габрово /Заседателна зала, етаж 2/, се проведе заседание на Комисията за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: **Доставка на Рентгенов дифрактометър за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, открита с Решение № 60/11.09.2019 г. на Ректора на Технически университет – Габрово.**

Комисията е назначена със Заповед № 3-01-494/17.10.2019 г. на Ректора на Технически университет – Габрово, в състав:

Председател: проф. д-р инж. Йордан Максимов – *ръководител катедра „Техническа механика“, ТУ-Габрово*

Членове :

1. доц. д-р инж. Ангел Анчев – *катедра „Техническа механика“, ТУ-Габрово*
2. Даниела Радева – *зам. главен счетоводител, ТУ-Габрово*
3. Миряна Христова – *юрисконсулт - обществени поръчки, ТУ-Габрово*
4. инж. Даниел Петров - *ръководител Административно – стопански сектор, ТУ-Габрово*

Резервни членове:

1. Мирослава Гугушева – *финансов мениджър, ТУ-Габрово*
2. доц. д-р инж. Илия Железаров - *заместник-ректор „Научноизследователска работа“, ТУ-Габрово*

Комисията има задача да приеме, разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Доставка на Рентгенов дифрактометър за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020**
0.

Запечатаните опаковки за участие в откритата процедура, постъпили в Технически университет - Габрово, бяха предадени на председателя на комисията, след което всеки един от членовете на комисията подписа декларация, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На публичната част на заседанието на комисията на осн. чл. 54, ал.2 от ППЗОП присъстваха:

- Георги Маринов – упълномощен представител на ЛАБЕКСПЕРТ ООД
- Илиян Илиев – упълномощен представител на ИНФОЛАБ ООД

Председателят запозна присъстващите със Заповед № 3-01-494/17.10.2019 г. на Ректора на Технически университет – Габрово и със съдържанието на Списък на постъпилите предложения.

На основание получения на 17.10.2019 г. Списък на предложенията, постъпили в Технически университет - Габрово до 17.00 часа на 16.10.2019 г., по процедурата са подадени 2 /две/ оферти за участие, както следва:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	ИНФОЛАБ ООД	К-01-528/15.10.2019 г.; 09:30 ч.
2.	ЛАБЕКСПЕРТ ООД	К-01-529/15.10.2019 г.; 09:51 ч.

Председателят на комисията запозна присъстващите с реда, по който съгласно чл. 104, ал. 2-3 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП комисията ще проведе заседанието. Обяви, че ще отвори запечатаните непрозрачни опаковки и ще оповести тяхното съдържание. След това трима членове на комисията ще подпишат Техническите и Ценовите предложения.

1. Отваряне на офертите

Комисията пристъпи към отваряне на офертите и проверка на съдържанието им.

1.1. Оферта на **ИНФОЛАБ ООД**. Председателят отвори плик „Предлагани ценови параметри” и оповести предлаганата цена:

Предлагана цена в размер на 392 000 лв. /триста деветдесет и две хиляди лева/ без ДДС, 470 400 лв. /четиристотин и седемдесет хиляди и четиристотин лева/ с вкл. ДДС.

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката: доставка на апаратурата на адрес на възложителя, инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата, обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя и др.

предложения на участника по техническите показатели за оценка на офертите:

Подпоказател – Мощност на метало-керамична Со рентгенова тръба (К) - 1800 W
Подпоказател – Мощност на метало-керамична Сг рентгенова тръба (X) - 1900 W

Трима членове на комисията подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията предложи на присъстващия представител на **ЛАБЕКСПЕРТ ООД** да подпише Техническото и Ценовото предложение, но той не се възползва от предоставената правна възможност.

1.2. Оферта на ЛАБЕКСПЕРТ ООД. Председателят отвори плик „Предлагани ценови параметри” и оповести предлаганата цена:

Предлагана цена в размер на 392 880 лв. /триста деветдесет и две хиляди осемстотин и осемдесет лева/ без ДДС, 471 456 лв. /четирисотин и седемдесет една хиляди четирисотин петдесет и шест лева/ с вкл. ДДС.

Предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката: доставка на апаратурата на адрес на възложителя, инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата, обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя и др.

предложения на участника по техническите показатели за оценка на офертите:

Подпоказател – Мощност на метало-керамична Со рентгенова тръба (К) - 1800 W
Подпоказател – Мощност на метало-керамична Сг рентгенова тръба (X) - 1800 W

Трима членове на комисията подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията предложи на присъстващия представител на **ИНФОЛАБ ООД** да подпише Техническото и Ценовото предложение и той се възползва от предоставената правна възможност.

С това публичното заседание на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на ценовите и техническите предложения.

Оферта на ИНФОЛАБ ООД

Участникът е представил попълнено и подписано Приложение №3 Ценова оферта, съгласно изискванията на възложителя.

Оферта на ЛАБЕКСПЕРТ ООД

Участникът е представил попълнено и подписано Приложение №3 Ценова оферта, съгласно изискванията на възложителя.

2.1. Преглед на техническа оферта на **ИНФОЛАБ ООД**, в резултат на което констатира:

техническо предложение, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Приложение № 2;**

Участникът предлага срок за изпълнение на доставката 120 /сто и двадесет/ календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

Участникът предлага гаранционен срок на доставената апаратура - 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

Участникът прилага:

- Сертификати за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2015 на предлаганата апаратура, придружени с превод на бълг. език;

- Документ от производителя на офериращия рентгенов дифрактометър с декларираните технически спецификации, придружен с превод на бълг. език;
- Брошури за предлаганото устройство за електролитно отнемане на повърхностни слоеве, компютър и монитор придружени с превод на бълг. език на маркиран текст;
- Оторизационно писмо от производителя на предлаганото техническо оборудване, удостоверяващо предоставени на участника права за извършване на продажба, гаранционен и следгаранционен сервиз на предлаганото техническо оборудване и обучение за работа с него, придружено с превод на бълг. език;

След преглед на представените документи, комисията взе решение на основание диспозитивната разпоредба на чл.104, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП да изиска от участника разяснение или доказателство относно възможността посочената моторизирана и софтуерно контролирана X– Y – Z стойка модел Compact UMC: X обхват - 25 мм; Y обхват – 70 мм; Z обхват – 52 мм, за предлаганата от него марка рентгенов дифрактометър D8 ADVANCE да извършва ротация в X-Y равнина.

Посоченото действие бе извършено с писмо Изх. № К- 02 - 1392/31.10.2019г., като участникът следва да представи в срок от пет работни дни от получаване на уведомлението разясненията или допълнителните доказателства.

2.2. Преглед на техническа оферта на **ЛАБЕКСПЕРТ ООД**, в резултат на което констатира:

техническо предложение, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - **Приложение № 2;**

Участникът предлага срок за изпълнение на доставката 120 /сто и двадесет/ календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

Участникът предлага гаранционен срок на доставената апаратура - 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

Участникът прилага:

- Брошура на рентгенов дифрактометър EMPYREAN – с превод на бълг. език;
- Техническа спецификация на рентгенов дифрактометър EMPYREAN – с превод на бълг. език;
- Брошура на предлагания HighScore софтуер за фазова идентификация и Rietveld анализ - с превод на бълг. език;
- Декларация за съответствие - с превод на бълг. Едекларация за безопасност на рентгенови лъчи – с превод на бълг. език;
- Оторизационно писмо от производителя Malvern PANalytical на апаратурата за продажба, инсталиране, монтаж и поддръжка на инструменти, аксесоари и резервни части на клиенти на територията на Р.България - с превод на бълг. език;

След преглед на представените документи, комисията констатира, че участникът отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията продължи работа на 08.11.2019г. в редовния си състав.

С писмо Вх.№ К- 01 - 614/07.11.2019г. участник **ИНФОЛАБ ООД** е представил разяснение, като посочва, че съгласно изискването на възложителя за - автоматизирана „X-Y-ротационна“ маса, интегрирана в софтуерния пакет – в офертата на ИНФОЛАБ ООД са включени две стойки модел Compact Cradle /осъществяващ автоматизирано движение ротация и наклон, задвижвано от софтуера/ и модел Compact UMC /осъществяващ автоматизирано движение по X– Y – Z , задавано от софтуера/, които кумулативно изпълняват изискването на възложителя. Това представлява еквивалентно решение, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП,

използвайки две стойки за покриване на техническите спецификации. Параметрите на двете стойки са изложени в приложените към офертата документи.

С оглед изложеното, комисията констатира, че представената от участник **ИНФОЛАБ ООД** оферта отговаря на предварително обявените условия на възложителя, доколкото двете стойки, с които ще се осъществява ротация в X-Y равнината, са посочени в офертата на участника като:

- Моторизирана и софтуерно контролирана /Psi /Phi/ стойка модел Compact Cradle за измерване на Psi наклона в диапазон от - 95 ° до + 95°, използвайки неограничено Phi завъртане и
- моторизирана и софтуерно контролирана X- Y - Z стойка модел Compact UMC: X обхват - 25 мм; Y обхват - 70 мм; Z обхват - 52 мм

Критерий за оценка: „икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена”, съгласно методиката за оценка, неразделна част от документацията.

Участници, допуснати до оценка по одобрената методика:

№	Участник
1.	ИНФОЛАБ ООД
2.	ЛАБЕКСПЕРТ ООД

1. **Техническо предложение - ТП** – максимален брой точки – 100 т., относителна тежест 65 %

$$ТП = К + X$$

Подпоказател – Мощност на метало-керамична Со рентгенова тръба (К) – максимален брой точки – 50 т.

Подпоказател - Мощност на метало-керамична Сг рентгенова тръба (X) – максимален брой точки – 50 т.

2. **Предложена цена – Ц** - максимален брой точки – 100 т., относителна тежест 35 %

$$Ц = Ц_{\min} / Ц_{\text{п}} \times 100, \text{ където:}$$

Ц_{min} – най-ниска предложена цена;

Ц_п – Предлагана цена от съответния участник.

3. **Комплексната оценка на офертите КО** е с максимална стойност **100** точки и се изчислява по формулата:

$$КО = 0.65 \times ТП + 0.35 \times Ц$$

№	Участник	К	Х	Ц	$KO = 0.65x TP + 0.35x Ц$
1.	ИНФОЛАБ ООД	50 т.	50 т.	100 т.	$KO = 0.65x 100 + 0.35x 100 = 65 + 35 = 100$ т.
2	ЛАБЕКСПЕРТ ООД	50 т.	50 т.	99,78 т.	$KO = 0.65x 100 + 0.35x 99,78 = 65 + 34,92 = 99,92$ т.

Участници, допуснати до разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор.

№	Участник
1.	ИНФОЛАБ ООД
2.	ЛАБЕКСПЕРТ ООД

1. В съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 4 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на допуснатия участник:

Участник ИНФОЛАБ ООД

Констатации за наличност и редовност:

А/ Участникът е представил Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от управителя на дружеството, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел V, т. 11.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката.

Б/ Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – на електронен носител, подписан от Михаил Йотов - управител, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел V, т. 11.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката.

Комисията установи, че участникът покрива минималното изискване на възложителя относно критерия за подбор, обективиран в Раздел III, т.1.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на представената от участника информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние.

Предвид гореизложеното, участник ИНФОЛАБ ООД не следва да представя допълнителни документи и информация.

Участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД

Констатации за наличност и редовност:

А/ Участникът е представил Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от управителя на дружеството, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел V, т. 11.1. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката.

Б/ Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – на електронен носител, подписан от Дарина Маринова и Стоян Маринов - управители, съгласно изискванията на възложителя, обективирани в Раздел V, т. 11.2. от Указанията за участие в процедурата и Раздел VI.3 от Обявлението за поръчката.

Комисията установи, че участникът покрива минималното изискване на възложителя относно критерия за подбор, обективиран в Раздел III, т.1.1 от Указанията за участие в процедурата и Раздел III.1.3 от Обявлението за поръчката.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на представената от участника информация, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние.

Предвид гореизложеното, участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД не следва да представя допълнителни документи и информация.

Съгласно обявения критерий за оценка: „икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена” и на основание чл.61, т.7 от ППЗОП, комисията класира:

- На първо място - ИНФОЛАБ ООД
- На второ място - ЛАБЕКСПЕРТ ООД

Въз основа на горните констатации комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката:

- с ИНФОЛАБ ООД

Настоящият протокол е изготвен на 08.11.2019 г. в 14.00 часа.

За верността на гореизложеното Комисията се подписва в състав, както следва:

Председател: проф. д-р инж. Йордан М.

Членове :

доц. д-р инж. Ангел Анчев

Даниела Радева 

Миряна Христова 

инж. Даниел Петров - 

*Закрито
обстоятелство
чл. 36а, ал 3/307*