




ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

5300 Габрово; ул. „Х. Димитър“ 4 Тел.: 066 801144
www.tugab.bg; Факс: 066 801155
rector@tugab.bg 066 801 511



На вх. № К-01- 504/04.10.2019г.



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: **Доставка на Рентгенов дифрактометър за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, предоставяме следното разяснение:**

ВЪПРОС

Бих искал известни уточнения по „Минимални изисквания на Възложителя към характеристиките на апаратурата“.

Може ли да ни бъде отговорено, или предоставено лице за контакт, с което да се обсъди какви са изискванията към „ - добавъчно автономно устройство за електролитно отнемане на повърхностни слоеве на метали и сплави, даващо възможност за извършване на анализ на структурните характеристики по дълбочина в повърхностния слой“

ОТГОВОР

Възложителят поставя изискване предлаганият Рентгенов дифрактометър да е оборудван с „ - добавъчно автономно устройство за електролитно отнемане на повърхностни слоеве на метали и сплави, даващо възможност за извършване на анализ на структурните характеристики по дълбочина в повърхностния слой“, което означава да може да извършва електролитно отнемане на повърхностни слоеве на метали и сплави, с цел минимална промяна на напрегнатото състояние на изследваните образци.

С уважение,

Проф. д-р инж. Ра
РЕКТОР ТЕХНИЧ

ЗАЛИЧЕНО
ОБСТОЯТЕЛСТВО
ул. 3 Ба, сн 3/300