

РЕШЕНИЕ

№ 87 / 23.09.2020 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка – открита процедура по Закон за обществени поръчки, с предмет: **Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по пет обособени позиции:**

Обособена позиция №1: „Доставка на LCR Метър“

Обособена позиция №2: „Доставка на DC Електронни товари“

Обособена позиция №3: „Доставка на AC захранващ блок“

Обособена позиция №4: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“

**Обособена позиция №5: „Доставка на Лабораторен термостат“, открита с Решение № 60/12.06.2020 г. на ЗА Ректора на Технически университет – Габрово /съгл. Заповед №3-01-219/10.06.2020г. на Ректора на ТУ – Габрово/,
в частта по обособени позиции №2, №3, №4 и №5**

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП, чл. 104, ал. 2-3 от ЗОП, във връзка с чл.61 от ППЗОП, §131, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗОП и отразени резултати в протокол и доклад на комисия, назначена със Заповед № 3- 01- 327/20.07.2020 г. на Ректора на Технически университет – Габрово, изменена със Заповед №3-01-385/31.08.2020г. на Ректора на Технически университет – Габрово, за оценка и класиране на подадените оферти в Технически университет - Габрово по открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № 60/12.06.2020 г. на ЗА Ректора на Технически университет – Габрово /съгл. Заповед №3-01-219/10.06.2020г. на Ректора на ТУ – Габрово/, с предмет: **Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по пет обособени позиции:**

Обособена позиция №1: „Доставка на LCR Метър“

Обособена позиция №2: „Доставка на DC Електронни товари“

Обособена позиция №3: „Доставка на AC захранващ блок“


Обособена позиция №4: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“

Обособена позиция №5: „Доставка на Лабораторен термостат“

ОБЯВЯВАМ:

I. Отстранени участници от процедурата съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия:

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.



участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД по обособена позиция №2 - на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с §131, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗОП, доколкото представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия по процедурата – относно Техническа оферта.

След подробен преглед на представените документи, е констатирано, че участникът не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на позицията, а именно:

- при изискуема „P_{max}: до 400 W“ участникът предлага уред с „P_{max}: до 600 W“.

Посоченият параметър е над минимално допустимата стойност от възложителя и не отговаря на Техническите спецификации, част от одобрената и влязла в сила Документация по процедурата.

С оглед на изложеното, представената от участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД - по об. поз. №2 оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя - по отношение на Техническа оферта. Одобрената и влязла в сила документация по процедурата е задължителна както за участниците, така и за възложителя и назначената от него комисия за разглеждане и оценка на офертите. Помощният орган на възложителя следва да прилага стриктно изискванията, заложиени по обществената поръчка. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. В конкретния случай предлаганият от участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД уред не отговаря на изискванията на възложителя по следния технически параметър: „P_{max}: до 400 W“


Въпросният порок на представената оферта представлява правно основание за отстраняване на участника, доколкото води до неспазване на предварително обявените условия по процедурата.

Съгласно разпоредбата на чл.101, ал.5 от ЗОП - при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците са длъжни да приложат всички искани от възложителя документи, като същите следва да са изготвени съобразно изискванията на документацията за участие и да не налагат тълкуване на посоченото в тях или нанасяне на корекции от страна на комисията. Същественото в случая е, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което води като правна последица до отстраняване от участие по процедурата, тъй като приложимият ЗОП не урежда допускане, съответно възможност за промяна на техническа оферта. Констатираният порок не може да бъде saniран, доколкото на основание чл.104, ал.5 от ЗОП – промяна на техническото предложение е недопустима.

участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД по обособена позиция №4 - на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с §131, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗОП, доколкото представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия по процедурата – относно Техническа оферта.

След подробен преглед на представените документи, е констатирано, че участникът не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на позицията, а именно:

- относно изискуем „стандартен интерфейс за свързване с компютър“ участникът не е посочил предложение. От представените към



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Приложение №2.4 документи за предлагания уред също не е видна информация за наличие на „стандартен интерфейс за свързване с компютър“.

С оглед на изложеното, представената от участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД - по об. поз. №4 оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя по отношение на Техническа оферта. Одобрената и влязла в сила документация по процедурата е задължителна както за участниците, така и за възложителя и назначената от него комисия за разглеждане и оценка на офертите. Помощният орган на възложителя следва да прилага стриктно изискванията, заложиени по обществената поръчка. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ПЗР комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. В конкретния случай предлаганият от участник ЛАБЕКСПЕРТ ООД уред не отговаря на изискванията на възложителя по следния технически параметър: „стандартен интерфейс за свързване с компютър“.

Въпросният порок на представената оферта представлява правно основание за отстраняване на участника, доколкото води до неспазване на предварително обявените условия по процедурата.

Съгласно разпоредбата на чл.101, ал.5 от ЗОП - при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците са длъжни да приложат всички искани от възложителя документи, като същите следва да са изготвени съобразно изискванията на документацията за участие и да не налагат тълкуване на посоченото в тях или нанасяне на корекции от страна на комисията. Същественото в случая е, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което води като правна последица до отстраняване от участие по процедурата, тъй като приложимият ЗОП не урежда допускане, съответно възможност за промяна на техническа оферта. Констатираният порок не може да бъде saniран, доколкото на основание чл.104, ал.5 от ЗОП – промяна на техническото предложение е недопустима.

участник ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД по обособена позиция №2 - на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с §131, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗОП, доколкото представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия по процедурата – относно Техническа оферта.

След подробен преглед на представените документи, е констатирано, че участникът не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на позицията, а именно:

- при изискуема „Pmax: до 400 W“ участникът предлага уред с „Pmax: до 750 W“. Посоченият параметър е над минимално допустимата стойност от възложителя и не отговаря на Техническите спецификации, част от одобрената и влязла в сила Документация по процедурата.

С оглед на изложеното, представената от участник ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД - по об. поз. №2 оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя - по отношение на Техническа оферта. Одобрената и влязла в сила документация по процедурата е задължителна както за участниците, така и за възложителя и назначената от него комисия за разглеждане и оценка на офертите. Помощният орган на възложителя следва да прилага



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

стриктно изискванията, заложили по обществената поръчка. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. В конкретния случай предлаганият от участник ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД уред не отговаря на изискванията на възложителя по следния технически параметър: „Pmax: до 400 W“

Въпросният порок на представената оферта представлява правно основание за отстраняване на участника, доколкото води до неспазване на предварително обявените условия по процедурата

Съгласно разпоредбата на чл.101, ал.5 от ЗОП - при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Участниците са длъжни да приложат всички искани от възложителя документи, като същите следва да са изготвени съобразно изискванията на документацията за участие и да не налагат тълкуване на посоченото в тях или нанасяне на корекции от страна на комисията. Същественото в случая е, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което води като правна последица до отстраняване от участие по процедурата, тъй като приложимият ЗОП не урежда допускане, съответно възможност за промяна на техническа оферта. Констатираният порок не може да бъде saniран, доколкото на основание чл.104, ал.5 от ЗОП – промяна на техническото предложение е недопустима.

II. Допуснати участници съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия:

№	Участник
1.	ЛАБЕКСПЕРТ ООД – по об. поз. № 5
2.	БОЛШЕВИК ООД - по об.поз. №2, 3, 4, 5


III. Участници, чиито оферти не се класират на основание чл.61, т.7 от ППЗОП:

НЯМА

IV. Класиране на участниците в процедурата съгласно критерий „икономически най-изгодна оферта – най-ниска цена“.

По обособена позиция №2

- На първо място - БОЛШЕВИК ООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

По обособена позиция №3

- **На първо място - БОЛШЕВИК ООД**

По обособена позиция №4

- **На първо място - БОЛШЕВИК ООД**

По обособена позиция №5

- **На първо място - ЛАБЕКСПЕРТ ООД**
- **На второ място - БОЛШЕВИК ООД**

ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществената поръчка:

По обособена позиция №2

- **БОЛШЕВИК ООД**

По обособена позиция №3

- **БОЛШЕВИК ООД**

По обособена позиция №4

- **БОЛШЕВИК ООД**

По обособена позиция №5

- **ЛАБЕКСПЕРТ ООД**



НАРЕЖДАМ:

Да се сключи договор за изпълнение на поръчката с определения за изпълнител участник:

По обособена позиция №2

➤ с **БОЛШЕВИК ООД**

По обособена позиция №3

➤ с **БОЛШЕВИК ООД**

По обособена позиция №4

➤ с **БОЛШЕВИК ООД**

По обособена позиция №5

➤ с **ЛАБЕКСПЕРТ ООД**

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (Обн. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), във връзка с §131, ал. 3 от ПЗР към ЗИДЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците. Решението може да се обжалва в десетдневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколът и окончателният доклад на комисията - <https://www.tugab.bg/documents/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki/1185-1206-2020-89>

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ
проф. д-р инж. Илия Железа**

ЗАЛИЧЕНО

ОСЛОЖАВА

с. 37/301